



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B19423 Piastre/Plates TRYPTONE SOY AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**
 SCADENZA / EXP. DATE **29/11/2020** LOTTO/LOT **2820901915**

Data di produzione / production date **15/09/2020** martedì

| | | | |
|---|---|--|--|
| Test di sterilità / Sterility control | Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days: | | Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 days: |
| Test di shock termico / Shock termic test | Assenza di crescita microbica / No microbial growth | | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |
| Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133 | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: | | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: |
| | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Attese / Expected | Osservate / Observed | |
| Trasparenza / Transparency | opalino / opalescent | Opalino / Opaque | |
| Colore / Colour | rosso vivo / red | rosso vivo / red | |
| pH (20-25°C) | 7,3 ± 0,2 | CONFORME / CONFORM | |
| Microorganismi testati / Tested | Risultati attesi / Expected results | Risultati osservati / Observed results | |
| Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation | | | |
| Sospensione d'inoculo/ Inoculum level | | | |
| <i>Streptococcus pyogenes</i> * 10-102UFC | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | |
| <i>Streptococcus pneumoniae</i> * 10-102UFC | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | |
| <i>Streptococcus agalactiae</i> * 10-102UFC | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | |
| <i>Staphylococcus aureus</i> * 10-102UFC | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | |
| <i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | |
| <i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | |

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in CO2 10% a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24 hr

Test n. **189277** Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Data controllo **18/09/2020**
Control date

Dott. DANIELE Edoardo