

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) Mac Conkey agar

SCADENZA / EXP. DATE **12/05/2021**

LOTTO / LOT **2820211403**

Data di produzione **giovedì 03/12/2020**

Test di sterilità / Sterility control		Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:			
Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth			
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:			
nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance			
		C.L.E.D. agar		Mac Conkey agar	
Caratteristiche fisiche/Physical characteristics		Attese Expected		Attese/Expected	
Trasparenza/Transparency		Liev. opalescente / Slightly opalescent		Liev. opalescente / Slightly opalescent	
Colore/Colour		verde-blu / green-blue		vinaccia / violet-red	
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 ± 0,2		7,1 ± 0,2	
Microorganismi testati / Tested Microorganisms		Risultati attesi / Expected results		Risultati attesi / Expected results	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level		Colonia grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7		Colonia rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7	
Escherichia coli* 10-102UFC		ATCC 25922		Colonia rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	
Enterobacter aerogens* 10-102UFC		ATCC 13048		Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	
Proteus mirabilis* 10-102UFC		ATCC 12453		Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	
Staphylococcus aureus*** 10-102UFC		ATCC 25923		Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	
Enterococcus faecalis*** 10-102UFC		ATCC 29212		Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	
Inibizione totale / Total inhibition		Inibizione totale / Total inhibition		Inibizione totale / Total inhibition	
Inibizione totale / Total inhibition		Inibizione totale / Total inhibition		Inibizione totale / Total inhibition	

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **189980**

Data controllo / Control date **07/12/2020**

Il responsabile del controllo / Quality control responsible

Dott. DANIELE EDOAI

Questo documento è stato emesso elettronicamente / This document has been delivered electronically
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomens.it