



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO **B19327 Piastre/Plates C.L.E.D. AGAR**

LOTTO/LOT **2821201905**

SCADENZA / EXP. DATE **15/07/2021**

Data di produzione  
venerdì 05/02/2021

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Test di sterilità<br/>Sterility control</b>  | Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: |  |
| <b>Test di shock termico / Shock termic test</b>  | Assenza di crescita microbica / No microbial growth                                     |  |
| Procedure secondo indicazioni/As per directives:<br>European Pharmacopoeia (EP)<br>United States USP<br>CLSI M22-A3<br>UNI EN ISO 11133 | <b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>                               | <b>Attese / Expected</b>   |
|   | Trasparenza / Transparency  | trasparente / transparent  |
|   | Colore / Colour   | verde-blu / green-blue   |
|   | pH (20-25°C)  | 7,3 ± 0,2  |
| <b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>   | <b>Risultati attesi<br/>Expected results</b>  | <b>Risultati osservati<br/>Observed results</b>  |
| <b>Metodo di semina / Inoculation method</b>  |   | <b>PR</b>  |
| <b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>  |   |  |
| <i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC   | ATCC 25922  | Colonia grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo<br>PR (Productivity Ratio) >0,7                            |
| <i>Enterobacter aerogenes</i> * 10-102UFC   | ATCC 13048  | Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo<br>PR (Productivity Ratio) >0,7               |
| <i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC  | ATCC 12453  | Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies<br>PR (Productivity Ratio) >0,7 |
| <i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC  | ATCC 29212  | Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies<br>PR (Productivity Ratio) >0,7          |
| <i>Staphylococcus aureus</i> * 10-102UFC  | ATCC 25923  | Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col.<br>PR (Productivity Ratio) >0,7                |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10-102UFC   | ATCC 12228  | Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium<br>PR (Productivity Ratio) >0,7  |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10-102UFC   | ATCC 25922  | Colonia pigmentata verde-blu / Pigmented blue-green colonies<br>PR (Productivity Ratio) >0,7                               |

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 190548

Data controllo 09/02/2021

Control date

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature

MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it