



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO
PRODUCT **B19309 Piastre/Plates BIGGY AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **26/09/2021**

LOTTO/LOT **2821401919**

Data di produzione lunedì 19/04/2021

| | | | |
|---|--|---|--|
| Test di sterilità Sterility control | Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth | Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth | |
| Test di shock termico / Shock termic test | Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance | |
| Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133 | Caratteristiche fisiche / Physical characteristics Trasparenza / Transparency Colore / Colour pH (20-25°C) | | |
| Microorganismi testati / Tested Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation Sospensione d'inoculo/ Inoculum level | Attese / Expected trasparente / transparent giallo-biancastro / whitish yellow 6,8 ± 0,2 | Risultati attesi Expected results Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione parziale / Partial inhibition SF (Selectivity Factor) >2 Inibizione parziale / Partial inhibition SF (Selectivity Factor) >2 | Risultati osservati Observed results Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 Inibizione parziale / Partial inhibition SF (Selectivity Factor) >2 Inibizione parziale / Partial inhibition SF (Selectivity Factor) >2 |
| Candida albicans* 10-102UFC | ATCC 10231 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | 1,01 |
| Candida pseudotropicalis* 10-102UFC | ATCC 8553 | Buona crescita / Good growth PR (Productivity Ratio) >0,7 | 0,92 |
| Staphylococcus aureus* 104-106UFC | ATCC 25923 | Inibizione parziale / Partial inhibition SF (Selectivity Factor) >2 | 4 |
| Escherichia coli* 104-106UFC | ATCC 25922 | Inibizione parziale / Partial inhibition SF (Selectivity Factor) >2 | 3 |

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 25 °C per 3-5 giorni / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 25°C for 3-5 d

Test n. 191209

Data controllo 23/04/2021
Control date

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL, Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it