

**Quality control card / Scheda Controllo Qualità**

PRODUCT / PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

**2) Mac Conkey agar**

LOTTO / LOT **2821701122**

SCADENZA / EXP. DATE **29/12/2021**

giovedì 22/07/2021

<b>Test di sterilità / Sterility control</b>	Data di produzione		Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:	
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth		Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:		Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
<b>Caratteristiche fisiche/Physical characteristics</b>	<b>C.L.E.D. agar</b>		<b>Mac Conkey agar</b>	
<b>Trasparenza/Transparency</b>	Attese Expected	Osservate/Observed	Attese/Expected	Osservate/Observed
	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent
<b>Colore/Colour</b>	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue	vinaccia / violet-red	vinaccia / violet-red
<b>pH a temp. ambiente/at room temperature</b>	7,3 ± 0,2	CONFORME / CONFORM	7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b>		<b>Risultati attesi / Expected results</b>	
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7		Colonie rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7	
<b>Escherichia coli* 10-102UFC</b>	ATCC 25922	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa-rossa mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonic rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterobacter aerogens* 10-102UFC</b>	ATCC 13048	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie senza sciamaggio, col. incolore/Growth w/o invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Proteus mirabilis* 10-102UFC</b>	ATCC 12453	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
<b>Staphylococcus aureus*** 10-102UFC</b>	ATCC 25923	Crescita, colore piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colore piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
<b>Enterococcus faecalis*** 10-102UFC</b>	ATCC 29212	Crescita, colore piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, colore piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* incubazione a 37 °C per 24 ore / \* incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 192143

Data controllo / Control date 26/07/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35023 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomus.it