



## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO **B19327 Piastre/Plates C.I.E.D. AGAR**

LOTTO/LOT **2821701401**

SCADENZA / EXP. DATE **08/12/2021**

Data di produzione **giovedì 01/07/2021**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>Test di sterilità<br/>Sterility control</b>  | Test di sterilità a 22°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C(± 2°C) for 4 days:   |  | Test di sterilità a 37°C(± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C(± 2°C) for 4 days: |
| <b>Test di shock termico / Shock termic test</b>  | Assenza di crescita microbica / No microbial growth   |  | Assenza di crescita microbica / No microbial growth                                   |
| Procedure secondo indicazioni/As per directives:<br>European Pharmacopoeia (EP)<br>United States USP<br>CLSI M22-A3<br>UNI EN ISO 11133 | <b>Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C :</b> | Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C        |   |
|   | <b>Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance</b>             | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |   |
| <b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>   | <b>Attese / Expected</b>  | <b>Osservate / Observed</b>  |   |
| Trasparenza / Transparency  | trasparente / transparent   | trasparente / transparent  |   |
| Colore / Colour   | verde-blu / green-blue  | verde-blu / green-blue   |   |
| pH (20-25°C)  | 7.3 ± 0.2   | CONFORME / CONFORM   |   |
| <b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>   | <b>Risultati attesi<br/>Expected results</b>  | <b>Risultati osservati<br/>Observed results</b>  |   |
| <b>Metodo di semina / Inoculation method</b>  |   |  |   |
| <b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>  |   |  |   |
| <i>Escherichia coli</i> * 10-102UFC   | ATCC 25922  | Colonia grandi galle con alone/ big yellow colonies with halo<br>PR (Productivity Ratio) >0,7                              |   |
| <i>Enterobacter aerogenes</i> * 10-102UFC   | ATCC 13048  | Col. grandi mucose giallo-oro con alone / big mucous gold colonies with halo<br>PR (Productivity Ratio) >0,7               |   |
| <i>Proteus mirabilis</i> * 10-102UFC  | ATCC 12453  | Crescita senza solamaggio, col. trasparenti blu / Growth w/o invasion, blue clear colonies<br>PR (Productivity Ratio) >0,7 |   |
| <i>Enterococcus faecalis</i> * 10-102UFC  | ATCC 29212  | Crescita, colonia piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies<br>PR (Productivity Ratio) >0,7          |   |
| <i>Staphylococcus aureus</i> * 10-102UFC  | ATCC 25923  | Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col.<br>PR (Productivity Ratio) >0,7                |   |
| <i>Staphylococcus epidermidis</i> * 10-102UFC   | ATCC 12228  | Col. piccole bianche, viraggio al blu del terreno/ Small white col., blue changing medium<br>PR (Productivity Ratio) >0,7  |   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10-102UFC   | ATCC 27853  | Colonia pigmentate verde-blu / Pigmented blue-green colonies<br>PR (Productivity Ratio) >0,7                               |   |

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 191925

Data controllo 05/07/2021

Control date

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature

MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/h - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it