

# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT / PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

2) **Mac Conkey agar**

LOTTO / LOT **2821801126**

SCADENZA / EXP. DATE **02/02/2022**

Data di produzione <b>giovedì 26/08/2021</b>	
<b>Test di sterilità / Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica / No microbial growth
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>C.L.E.D. agar</b>
<b>Trasparenza / Transparency</b>	<b>Attese Expected</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue
<b>Colore / Colour</b>	<b>Osservate/Observed</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent verde-blu / green-blue CONFORME / CONFORM
<b>pH a temp. ambiente / at room temperature</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> 7,3 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Osservate/Observed</b> Osservate/Observed
<b>Sospensione d'inoculo / Inoculum level</b>	<b>Attese Expected</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent vino-rosa / violet-red
<b>Escherichia coli* 10-102UFC</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterobacter aerogens* 10-102UFC</b>	<b>Osservate/Observed</b> Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Proteus mirabilis* 10-102UFC</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu / Growth without invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Staphylococcus aureus*** 10-102UFC</b>	<b>Osservate/Observed</b> Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterococcus faecalis*** 10-102UFC</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> Crescita, col. piccole giallo-oro / Growth, small straw yellow colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Mac Conkey agar</b>	
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Attese Expected</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent
<b>Trasparenza / Transparency</b>	<b>Osservate/Observed</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent
<b>Colore / Colour</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> 7,1 ± 0,2
<b>pH a temp. ambiente / at room temperature</b>	<b>Osservate/Observed</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent vino-rosa / violet-red CONFORME / CONFORM
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Osservate/Observed</b> Osservate/Observed
<b>Sospensione d'inoculo / Inoculum level</b>	<b>Attese Expected</b> Liev. opalescente / Slightly opalescent
<b>Escherichia coli* 10-102UFC</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> Colonie rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterobacter aerogens* 10-102UFC</b>	<b>Osservate/Observed</b> Colonie rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Proteus mirabilis* 10-102UFC</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> Crescita senza sciamaggio, col. incolore / Growth without invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Staphylococcus aureus*** 10-102UFC</b>	<b>Osservate/Observed</b> Crescita senza sciamaggio, col. incolore / Growth without invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterococcus faecalis*** 10-102UFC</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b> Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **192378**

Data controllo / Control date **30/08/2021**

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomens.it