



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B192653 Slide pp C.L.E.D. - MAC CONKEY- MALTO**

SCADENZA / EXP. DATE **02/03/2022**

LOTTO / LOT **1921901213**

Data di produzione		lunedì 13/09/2021	
Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x10 gg Sterility control at 22°C (± 2°C) for 10 days	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 72 h Sterility control at 37°C (± 2°C) for 72 h	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di shock termico / Shock termic test	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging), for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	

C.L.E.D. agar

Caratteristiche fisiche characteristics	Physical	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza Transparency	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	blu-verde / violet-red	blu-verde / bluish-green
pH, a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM

Mac Conkey agar

Caratteristiche fisiche characteristics	Physical	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza Transparency	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	violaceo / violet-red	violaceo / violet-red
pH, a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	7,1 ± 0,2	CONFORME / CONFORM

Malt extract agar

Caratteristiche fisiche characteristics	Physical	Attese / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza Transparency	trasparente transparent	trasparente transparent	trasparente transparent
Colore / Colour	blu-verde / bluish-green	ambro amber	ambro amber
pH, a temp. ambiente/at room temperature	7,3 ± 0,2	3,8 ± 0,2	CONFORME / CONFORM

Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ Inoculum level

Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained
<i>Escherichia coli</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth
<i>Candida albicans</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth

Microorganismi testati / Tested Microorganisms Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained	Risultati attesi Expected results	Ottenuti Obtained
<i>Escherichia coli</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth	crescita / growth
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition
<i>Candida albicans</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	crescita / growth	crescita / growth	inibizione / inhibition	inibizione / inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133
* Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 192556

Data controllo
Control date

#####

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@echomeus.it