

MEUS S.r.l.

# Scheda Controllo Qualità / Quality Control Card


 PRODUCT  
 PRODOTTO

**Art. B 19378 Piastre/Plates d. 94 mm M.H. AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**

 SCADENZA / EXP. DATE **27/11/2021**

 LOTTO/LOT **2821902113**

Data di produzione		lunedì 13/09/2021	
<b>Test di sterilità</b> Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 3 gg:	
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>		<b>Attese / Expected</b>	
Trasparenza / Transparency		opalino / opaque	opalino / opaque
Colore / Colour		rosso vivo / red	rosso vivo / red
pH a temp. ambiente/at room temperature		7,3 ± 0,2	CONFORME / CONFORM
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b> Per i dicitetti con antibiotici vedi scheda tecnica / for antibiotics disks, see technical sheet		<b>Risultati attesi / Expected results</b>	
<i>Streptococcus pneumoniae</i>		ATCC 49649	<b>Risultati osservati / Observed results</b> crescita, con aloni di inibizione conformi growth, with in compliance inhibition halos

 Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, NCCLS M6-A, UNI EN ISO 11133, antimicrobial susceptibility testing  
 EUCAST disk diffusion method - Version 5.0, 2015-01-09.

\* Incubazione a 37 °C per 18 ore / \* Incubation at 37°C for 18 hours.

**Test n. 192568**

Data controllo

 Control date **16/09/2021**

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature

 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecmus.it](mailto:meus@tecmus.it)