

# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT  
PRODOTTO **B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar**

**2) Mac Conkey agar**

SCADENZA / EXP. DATE **#####**

LOTTO / LOT **2821011207**

		Data di produzione giovedì 07/10/2021	
<b>Test di sterilità Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
		<b>C.L.E.D. agar</b>	
<b>Caratteristiche fisiche/Physical characteristics</b>	<b>Attese Expected</b>	<b>Osservate/Observed</b>	<b>Mac Conkey agar</b>
<b>Trasparenza/Transparency</b>	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent
<b>Colore/Colour</b>	verde-blu / green-blue	verde-blu / green-blue	vinaccia / violet-red
<b>pH a temp. ambiente/at room temperature</b>	7,3 ± 0,2	CONFORME / CONFORM	CONFORME / CONFORM
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Risultati attesi Expected results</b>	<b>Ottenuti Obtained</b>	<b>Ottenuti Obtained</b>
<b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>			
<b>Escherichia coli* 10-102UFC</b>	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa con centro + scuro / Pink colonies with dark rose centre / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterobacter aerogens* 10-102UFC</b>	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<b>Proteus mirabilis* 10-102UFC</b>	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Colonie rosa-rosso mucose ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<b>Staphylococcus aureus*** 10-102UFC</b>	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciamaggio, col. incolori/Growth w/o invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
<b>Enterococcus faecalis*** 10-102UFC</b>	Crescita, col. piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Crescita, col. piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / P <sub>k</sub> (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
			Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 192788

Data controllo / Control date 11/10/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature

MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnoimeus.it](mailto:meus@tecnoimeus.it)