

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT B193272 Piastre/Plates 1) C.L.E.D. Agar

2) Mac Conkey agar

LOTTO / LOT 2821011307

SCADENZA / EXP. DATE #####

Data di produzione

giovedì 07/10/2021

Test di sterilità Sterility control	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:	Test di sterilità a 37°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (± 2°C) for 4 days:
Test di shock termico Shock termic test	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Caratteristiche fisiche Physical characteristics	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Conservazione nella confezione d'imballo per 3 gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Trasparenza Transparency	Liev. opalescente / Slightly opalescent	Liev. opalescente / Slightly opalescent
Colore/Colour	verde-blu / green-blue	viuacia / violet-red
pH a temp. ambiente at room temperature	7,3 ± 0,2	7,1 ± 0,2
Microorganismi testati Tested Microorganisms	Risultati attesi Expected results	Risultati attesi Expected results
Sospensione d'inoculo Inoculum level	Attese Expected	Attese/Expected
Escherichia coli * 10-102UFC	Colonia grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo / P _r (Productivity Ratio) >0,7	Colonia rosa con centro scuro / Pink colonies with dark rose centre / P _r (Productivity Ratio) >0,7
Enterobacter aerogens * 10-102UFC	Col. grandi mucose giallo-oro con alone / Big mucous gold colonies with halo / P _r (Productivity Ratio) >0,7	Colonia rosa-rosso mucosa ± alone / Mucous pink-red colonies ± halo / P _r (Productivity Ratio) >0,7
Proteus mirabilis * 10-102UFC	Crescita senza sciameggi, col. trasparenti blu/Growth w/o invasion, blue clear colonies / PR (Productivity Ratio) >0,7	Crescita senza sciameggi, col. incolore/Growth w/o invasion, colorless col. / PR (Productivity Ratio) >0,7
Staphylococcus aureus *** 10-102UFC	Crescita, col. piccole opache giallo-oro / Growth, small opaque golden col. / P _r (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition
Enterococcus faecalis *** 10-102UFC	Crescita, colonia piccola giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies / P _r (Productivity Ratio) >0,7	Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 192789

Data controllo / Control date 11/10/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@ecromezus.it