

## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT **B19423 Piastre/Plates TRYPTONE SOY AGAR + 5% Sangue montone (Sheep blood)**

SCADENZA / EXP. DATE **28/12/2021**

LOTTO/LOT **2821011514**

<b>Test di sterilità</b> <b>Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 3 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 3 days: Data di produzione giovedì 14/10/2021	
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C : Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	
	Trasparenza / Transparency	Opalino / opalescent
	Colore / Colour	rosso vivo / red
	pH (20-25°C)	7,3 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested</b> <b>Metodo di semina e incubazione / Inoculation method and incubation</b> <b>Sospensione d'inoculo/ Inoculum level</b>		
	ATCC 19615	Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Streptococcus pyogenes* 10<sup>-10</sup>² UFC</i>		Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Streptococcus pneumoniae* 10<sup>-10</sup>² UFC</i>		Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Streptococcus agalactiae* 10<sup>-10</sup>² UFC</i>		Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Staphylococcus aureus* 10<sup>-10</sup>² UFC</i>		Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Enterococcus faecalis* 10<sup>-10</sup>² UFC</i>		Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
<i>Escherichia coli* 10<sup>-10</sup>² UFC</i>		Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
		Osservate / Observed Opalino / Opaque rosso vivo / red CONFORME / CONFORM
		Risultati osservati Observed results Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
		Risultati attesi Expected results Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7 Buona crescita / Good growth P <sub>R</sub> (Productivity Ratio) >0,7
		P <sub>R</sub> or S <sub>F</sub> 0,96 0,97 0,98 1,01 0,99 1,02

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in CO<sub>2</sub> 10% a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and CO<sub>2</sub> 10% incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. **192857**

Data controllo **18/10/2021**  
Control date

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnomeus.it](mailto:meus@tecnomeus.it)