

# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B193360 - Plates, Columbia CNA Modified + 5% Sheep blood
LOTTO/BATCH	2821111705
SCADENZA/EXPIRY DATE	19/01/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	05/11/2021

## Test di sterilità/Sterility control

## Esito/Results

Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 3 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 37°C (±2°C) for 3 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

## Test di shock termico / Shock termic test

## Esito/Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°  
C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

## Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

Trasparenza/Transparency

Opalino / Opalescent

Opalino / Opalescent

Colore/Color

Rosso vivo / Red

Rosso vivo / Red

pH

7,3±0.2

CONFORME

## Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

Streptococcus pyogenes\* 10-10<sup>2</sup> UFC

Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis

Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis

Streptococcus pneumoniae\* 10-10<sup>2</sup> UFC

Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis

Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis

Streptococcus agalactiae\* 10-10<sup>2</sup> UFC

Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis

Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis

Staphylococcus aureus\* 10-10<sup>2</sup> UFC

Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis

Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis

Enterococcus faecalis\* 10-10<sup>2</sup> UFC

Crescita senza emolisi /  
Growth w/o hemolysis

Crescita senza emolisi / Growth  
w/o hemolysis

Escherichia coli\* 10-10<sup>2</sup> UFC

Inibizione totale / Total  
inhibition

Inibizione totale / Total  
inhibition

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in CO<sub>2</sub> 10% a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and CO<sub>2</sub> 10% incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n.101

Data controllo / Control date 08/11/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it