

## Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODUCT / PRODOTTO **B 19363 Piastre/Plates MAC CONKEY AGAR**

SCADENZA / EXP. DATE **08/03/2022** LOTTO/LOT **2821901429**

Data di produzione mercoledì 29/09/2021	
<b>Test di sterilità / Sterility control</b>	Test di sterilità a 22°C (± 2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (± 2°C) for 4 days:
<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133	Conservazione nella confezione minima di vendita per 6 gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:
	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Attese / Expected</b>
Trasparenza / Transparency	trasparente / transparent
Colore / Colour	vinaccia / violet-red
pH (20-25°C)	7,1 ± 0,2
<b>Microorganismi testati / Tested Microorganisms</b>	<b>Risultati attesi / Expected results</b>
Metodo di semina / Inoculation method	
Sospensione d'inoculo/ Inoculum level	
<i>Escherichia coli</i> * 10 <sup>-2</sup> UFC	ATCC 25922
<i>Enterobacter aerogenes</i> * 10 <sup>-2</sup> UFC	ATCC 13048
<i>Proteus mirabilis</i> * 10 <sup>-2</sup> UFC	ATCC 12453
<i>Salmonella typhimurium</i> * 10 <sup>-2</sup> UFC	ATCC 14028
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 <sup>-4</sup> -10 <sup>-6</sup> UFC	ATCC 29212
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 <sup>-4</sup> -10 <sup>-6</sup> UFC	ATCC 25923
* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.	
<b>Test n. 192721</b>	
<b>Data controllo 04/10/2021</b>	
<b>Control date</b>	

\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.

Test n. 192721

Data controllo 04/10/2021  
Control date

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@electronmeus.it](mailto:meus@electronmeus.it)