



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt
LOTTO/BATCH	1921111222
SCADENZA/EXPIRY DATE	11/05/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	22/11/2021

Test di sterilità/Sterility control

Esito/Results

Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 72 h/Sterility control at 37°C (±2°C) for 72 h: Assenza di crescita microbica

Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 10 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 10 days: Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test

Esito/Results

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics

Atteso / Expected

Osservate / Observed

pH	3.8±0.2	CONFORME / CONFORMS
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
Colore/Color	Ambra	Ambra / Amber
Colore/Color	Vinaccia	Vinaccia / Violet-red
Colore/Color	Blu-verde	Blu-verde / Blue-green
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

Atteso / Expected

Osservate / Observed

<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853
<i>Candida albicans</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231
<i>Candida albicans</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231
<i>Candida albicans</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212
<i>Enterococcus faecalis</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923
<i>Staphylococcus aureus</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923
<i>Escherichia coli</i> * 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922

Test n.218

Data controllo / Control date 02/12/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 1/2



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt
LOTTO/BATCH	1921111222
SCADENZA/EXPIRY DATE	11/05/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	22/11/2021
Escherichia coli* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922
Escherichia coli* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133

** Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.*

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n.218

Data controllo / Control date 02/12/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 2/2