



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B193637 - Plates, 1) Columbia CNA Mod. + 5% Blood sheep - 2) Mac Conkey Agar
LOTTO/BATCH	2821112025
SCADENZA/EXPIRY DATE	08/02/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	25/11/2021

Test di sterilità/Sterility control	Esito/Results
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 37°C (±2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test	Esito/Results
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2° C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
pH	7,1±0,2	CONFORME / CONFORMS
pH	7,3±0,2	CONFORME / CONFORMS
Colore/Color	Vinaccia	Vinaccia / Violet-red
Colore/Color	Rosso vivo	Rosso vivo / Red
Trasparenza/Transparency	Lievemente opalino	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Trasparenza/Transparency	Opalino	Opalino / Opalescent

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Proteus mirabilis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 12453	Crescita no sciamaggio, col. ambra / Growth w/o invasion, amber colour PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	Crescita no sciamaggio, col. ambra / Growth w/o invasion, amber colour
Proteus mirabilis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 12453	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition
Escherichia coli* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 25922		
Escherichia coli* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 25922		
Enterococcus faecalis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 29212		
Enterococcus faecalis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 29212		
Staphylococcus aureus* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 25923		
Staphylococcus aureus* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 25923		
Streptococcus pneumoniae* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 6305	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition
Streptococcus pneumoniae* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 6305	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis
Streptococcus pyogenes* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 19615	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition

Test n.271

Data controllo / Control date 29/11/2021



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

**PRODOTTO/PRODUCT** B193637 - Plates, 1) Columbia CNA Mod. + 5% Blood sheep - 2) Mac Conkey Agar

**LOTTO/BATCH** 2821112025

**SCADENZA/EXPIRY DATE** 08/02/2022

**DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE** 25/11/2021

Streptococcus pyogenes\* 10-10<sup>9</sup>2 UFC      ATCC 19615      Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis  
PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7      Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.*

*\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

Test n.271

Data controllo / Control date 29/11/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 2/2