



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt
LOTTO/BATCH	1921211204
SCADENZA/EXPIRY DATE	23/05/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	04/12/2021

Test di sterilità/Sterility control	Esito/Results
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 10 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 10 days:	Assenza di crescita microbica
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 72 h/Sterility control at 37°C (±2°C) for 72 h:	Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test	Esito/Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2° C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent
Colore/Color	Blu-verde	Blu-verde / Blue-green
Colore/Color	Vinaccia	Vinaccia / Violet-red
Colore/Color	Ambra	Ambra / Amber
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS
pH	3.8±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Escherichia coli* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25922	
Escherichia coli* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25922	
Escherichia coli* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25922	
Staphylococcus aureus* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25923	
Staphylococcus aureus* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25923	
Staphylococcus aureus* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25923	
Enterococcus faecalis* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 29212	
Enterococcus faecalis* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 29212	
Enterococcus faecalis* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 29212	
Pseudomonas aeruginosa* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 27853	
Pseudomonas aeruginosa* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 27853	
Pseudomonas aeruginosa* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 27853	
Candida albicans* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 10231	

Test n.329

Data controllo / Control date 14/12/2021