



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt
LOTTO / BATCH	1921211229
SCADENZA / EXPIRY DATE	17/06/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE	29/12/2021

Test di sterilità / Sterility control	Esito / Results
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 10 gg / Sterility control at 22°C (±2°C) for 10 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 72 h / Sterility control at 37°C (±2°C) for 72 h:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test	Esito / Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Terreno / Medium:	C.L.E.D. AGAR	
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Blu-verde / Blue-green	Blu-verde / Blue-green
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
Terreno / Medium:	MAC CONKEY AGAR	
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Vinaccia / Violet-red	Vinaccia / Violet-red
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS
Terreno / Medium:	MALT AGAR	
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Ambra / Amber	Ambra / Amber
pH	3.8±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Terreno / Medium:	C.L.E.D. AGAR	
Escherichia coli* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Staphylococcus aureus* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Enterococcus faecalis* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Pseudomonas aeruginosa* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Candida albicans* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Terreno / Medium:	MAC CONKEY AGAR	
Escherichia coli* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Staphylococcus aureus* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923 Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited

Test n. 29 / 2022

Data controllo / Control date 08/01/2022



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt

LOTTO / BATCH 1921211229

SCADENZA / EXPIRY DATE 17/06/2022

DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE 29/12/2021

Enterococcus faecalis* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Pseudomonas aeruginosa* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853	Crescita / Growth	Crescita / Growth
Candida albicans* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Terreno / Medium:	MALT AGAR		
Escherichia coli* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25922	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Staphylococcus aureus* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 25923	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Enterococcus faecalis* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 29212	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Pseudomonas aeruginosa* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 27853	Inibizione parziale / Partial inhibition	Inibizione parziale / Partial inhibition
Candida albicans* 10 ² -10 ⁴ UFC	ATCC 10231	Crescita / Growth	Crescita / Growth

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133

** Incubazione a 37 °C per 24 ore / *** Incubation at 37°C for 24 hours.*

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 29 / 2022

Data controllo / Control date 08/01/2022