



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B1928077 - Plates, ChromAgar TM Orientation
LOTTO/BATCH	2821111303
SCADENZA/EXPIRY DATE	02/04/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	03/11/2021

Test di sterilità/Sterility control	Esito/Results
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 72 ore/Sterility control at 37°C (±2°C) for 72 h:	Assenza di crescita microbica
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 10 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 10 days:	Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test	Esito/Results
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
pH	7±0.2	CONFORME / CONFORMS
Colore/Color	Giallo chiaro	Giallo chiaro / Light yellow
Trasparenza/Transparency	Trasparente	Trasparente / Transparent

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *10-10 ² UFC ATCC 27853	Colonie pigmentate giallo-verdi / Pigmented yellow-green colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.93
<i>Staphylococcus epidermis</i> *10-10 ² UFC ATCC 12228	Colonie piccole rosa opache / Small opaque pink colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.01
<i>Staphylococcus aureus</i> *10 ⁴ -10 ⁶ UFC ATCC 25923	Crescita, colonie crema opache / Growth, opaque cream colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.05
<i>Enterococcus faecalis</i> *10-10 ² UFC ATCC 29212	Crescita, colonie turchesi / Growth, turquoise colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.98
<i>Proteus mirabilis</i> *10-10 ² UFC ATCC 14153	Crescita no sciamaggio, col. ambra / Growth w/o invasion, amber colour PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.96
<i>Klebsiella pneumoniae</i> *10-10 ² UFC ATCC 18883	Crescita, colonie blu mucose / Growth, dark blue, mucous colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1
<i>Escherichia coli</i> * 10-10 ² UFC ATCC 25922	Colonie rosa con centro più scuro / Pink colonies with dark rose centre PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n.76

Data controllo / Control date 08/11/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 1/1