



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B193360 - Plates, Columbia CNA Modified + 5% Sheep blood
LOTTO/BATCH	2821111629
SCADENZA/EXPIRY DATE	12/02/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	29/11/2021

Test di sterilità/Sterility control

Esito/Results

Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica

Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 37°C (±2°C) for 3 days: Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test

Esito/Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2° C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Trasparenza/Transparency

Opalino

Opalino / Opalescent

Colore/Color

Rosso vivo

Rosso vivo / Red

pH

7.3±0.2

CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Streptococcus pyogenes* 10-10 ² UFC	ATCC 19615	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.94
Streptococcus pneumoniae* 10-10 ² UFC	ATCC 6305	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.93
Streptococcus agalactiae* 10-10 ² UFC	ATCC 12386	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.02
Staphylococcus aureus* 10-10 ² UFC	ATCC 25923	Crescita ± emolisi / Growth ± hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.02
Enterococcus faecalis* 10-10 ² UFC	ATCC 29212	Crescita senza emolisi / Growth w/o hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.97
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in CO2 10% a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n.297

Data controllo / Control date 02/12/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 1/1