



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

| | |
|---------------------------------|---|
| PRODOTTO/PRODUCT | B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey |
| LOTTO/BATCH | 2821211101 |
| SCADENZA/EXPIRY DATE | 10/05/2022 |
| DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE | 01/12/2021 |

| Test di sterilità/Sterility control | Esito/Results |
|---|-------------------------------|
| Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 4 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica |
| Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 4 gg/Sterility control at 37°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica |

| Test di shock termico / Shock termic test | Esito/Results |
|---|---|
| Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2° C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance |
| Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance |

| Caratteristiche fisiche /Physical characteristics | Atteso / Expected | Osservate / Observed |
|---|--------------------|--|
| Trasparenza/Transparency | Lievemente opalino | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Trasparenza/Transparency | Lievemente opalino | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Colore/Color | Blu-verde | Blu-verde / Blue-green |
| Colore/Color | Vinaccia | Vinaccia / Violet-red |
| pH | 7.3±0.2 | CONFORME / CONFORMS |
| pH | 7.1±0.2 | CONFORME / CONFORMS |

| Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method | Atteso / Expected | Osservate / Observed |
|---|---------------------------------|---|
| Escherichia coli* 10-10 ² UFC ATCC 25922 | Colonie grandi gialle con alone | Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo |
| Escherichia coli* 10-10 ² UFC ATCC 25922 | | |
| Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC ATCC 25923 | | |
| Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC ATCC 25923 | | |
| Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC ATCC 29212 | | |
| Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC ATCC 29212 | | |

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n.317

Data controllo / Control date 06/12/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 1/1