



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
LOTTO/BATCH	2821211201
SCADENZA/EXPIRY DATE	10/05/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	01/12/2021

Test di sterilità/Sterility control

Esito/Results

Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 4 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica

Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 4 gg/Sterility control at 37°C (±2°C) for 4 days: Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test

Esito/Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2° C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Trasparenza/Transparency	Lievemente opalino	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Trasparenza/Transparency	Lievemente opalino	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Colore/Color	Blu-verde	Blu-verde / Blue-green
Colore/Color	Vinaccia	Vinaccia / Violet-red
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Colonie grandi gialle con alone	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922		
Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC	ATCC 25923		
Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC	ATCC 25923		
Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC	ATCC 29212		
Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC	ATCC 29212		

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n.318

Data controllo / Control date 06/12/2021

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 1/1