



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO/PRODUCT	B193637 - Plates, 1) Columbia CNA Mod. + 5% Blood sheep - 2) Mac Conkey Agar
LOTTO/BATCH	2821211302
SCADENZA/EXPIRY DATE	15/02/2022
DATA PRODUZIONE/PRODUCTION DATE	02/12/2021

Test di sterilità/Sterility control	Esito/Results
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 22°C (±2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 3 gg/Sterility control at 37°C (±2°C) for 3 days:	Assenza di crescita microbica

Test di shock termico / Shock termic test	Esito/Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2° C/Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C/Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance

Caratteristiche fisiche /Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza/Transparency	Opalino	Opalino / Opalescent
Trasparenza/Transparency	Lievemente opalino	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Colore/Color	Rosso vivo	Rosso vivo / Red
Colore/Color	Vinaccia	Vinaccia / Violet-red
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Streptococcus pyogenes* 10-10 ² UFC ATCC 19615	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	Crescita, β emolisi / Growth, β hemolysis
Streptococcus pyogenes* 10-10 ² UFC ATCC 19615	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition
Streptococcus pneumoniae* 10-10 ² UFC ATCC 6305	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	Crescita, α emolisi / Growth, α hemolysis
Streptococcus pneumoniae* 10-10 ² UFC ATCC 6305	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition
Staphylococcus aureus* 10-10 ² UFC ATCC 25923		
Staphylococcus aureus* 10-10 ² UFC ATCC 25923		
Enterococcus faecalis* 10-10 ² UFC ATCC 29212		
Enterococcus faecalis* 10-10 ² UFC ATCC 29212		
Escherichia coli* 10-10 ² UFC ATCC 25922		
Escherichia coli* 10-10 ² UFC ATCC 25922		
Proteus mirabilis* 10-10 ² UFC ATCC 12453	Inibizione totale	Inibizione totale / Total inhibition

Test n.321

Data controllo / Control date 06/12/2021