



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
LOTTO / BATCH	2821211330
SCADENZA / EXPIRY DATE	08/06/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE	30/12/2021

Test di sterilità / Sterility control	Esito / Results
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 4 gg / Sterility control at 22°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 4 gg / Sterility control at 37°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test	Esito / Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Terreno / Medium:	C.L.E.D. AGAR	
Trasparenza / Transparency	Lievemente opalino / Slightly opalescent	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Colore / Color	Blu-verde / Blue-green	Blu-verde / Blue-green
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
Terreno / Medium:	MAC CONKEY AGAR	
Trasparenza / Transparency	Lievemente opalino / Slightly opalescent	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Colore / Color	Vinaccia / Violet-red	Vinaccia / Violet-red
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS

Cepi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Terreno / Medium:	C.L.E.D. AGAR	
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo
Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC	ATCC 25923	Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies
Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC	ATCC 29212	Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies
Terreno / Medium:	MAC CONKEY AGAR	
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center
Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC	ATCC 25923	Inibizione totale / Total inhibition

Test n. 50 / 2022

Data controllo / Control date 03/01/2022



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
LOTTO / BATCH 2821211330
SCADENZA / EXPIRY DATE 08/06/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE 30/12/2021

Enterococcus faecalis*** 10-10² UFC

ATCC 29212

Inibizione totale / Total inhibition Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

** Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.*

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 50 / 2022

Data controllo / Control date 03/01/2022