



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B1928077 - Plates, ChromAgar TM Orientation
LOTTO / BATCH	2822101511
SCADENZA / EXPIRY DATE	10/06/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE	11/01/2022

Test di sterilità / Sterility control	Esito / Results
Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 10 gg / Sterility control at 22°C (±2°C) for 10 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 72 ore / Sterility control at 37°C (±2°C) for 72 h:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test	Esito / Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Giallo chiaro / Light yellow	Giallo chiaro / Light yellow
pH	7±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Escherichia coli* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 25922	Colonie rosa con centro più scuro / Pink colonies with dark rose centre PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.92
Staphylococcus aureus* 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup> UFC ATCC 25923	Crescita, colonie crema opache / Growth, opaque cream colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.99
Klebsiella pneumoniae* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 18883	Crescita, colonie blu mucose / Growth, dark blue, mucous colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.95
Proteus mirabilis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 14153	Crescita no sciamaggio, col. ambra / Growth w/o invasion, amber colour PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.01
Enterococcus faecalis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 29212	Crescita, colonie turchesi / Growth, turquoise colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.94
Staphylococcus epidermis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 12228	Colonie piccole rosa opache / Small opaque pink colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.01

Test n. 112 / 2022

Data controllo / Control date 15/01/2022



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B1928077 - Plates, ChromAgar TM Orientation
LOTTO / BATCH	2822101511
SCADENZA / EXPIRY DATE	10/06/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE	11/01/2022

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> *10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 27853	Colonie pigmentate giallo-verdi / Pigmented yellow-green colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.94

*Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.*

*procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

test n. 112 / 2022

data controllo / Control date 15/01/2022