



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
LOTTO / BATCH	2822201210
SCADENZA / EXPIRY DATE	20/07/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE	10/02/2022

Test di sterilità / Sterility control

Esito / Results

Test di sterilità a 22°C (±2°C) x 4 gg /
Sterility control at 22°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di sterilità a 37°C (±2°C) x 4 gg /
Sterility control at 37°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test

Esito / Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /
Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /
Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Terreno / Medium:

C.L.E.D. AGAR

Trasparenza / Transparency

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Colore / Color

Blu-verde / Blue-green

Blu-verde / Blue-green

pH

7.3±0.2

CONFORME / CONFORMS

Terreno / Medium:

MAC CONKEY AGAR

Trasparenza / Transparency

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Colore / Color

Vinaccia / Violet-red

Vinaccia / Violet-red

pH

7.1±0.2

CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Terreno / Medium:

C.L.E.D. AGAR

Escherichia coli* 10-10² UFC

ATCC 25922

Colonie grandi gialle con alone /
Big yellow colonies with halo

Colonie grandi gialle con
alone / Big yellow colonies with
halo

Staphylococcus aureus*** 10-10² UFC

ATCC 25923

Crescita, colonie piccole opache
giallo oro / Growth, small opaque
golden colonies

Crescita, colonie piccole opache
giallo oro / Growth, small
opaque golden colonies

Enterococcus faecalis*** 10-10² UFC

ATCC 29212

Crescita, colonie piccole giallo
paglierino / Growth, small straw
yellow colonies

Crescita, colonie piccole giallo
paglierino / Growth, small straw
yellow colonies

Terreno / Medium:

MAC CONKEY AGAR

Escherichia coli* 10-10² UFC

ATCC 25922

Crescita, colonie rosa con centro
più intenso / Growth, pink
colonies with a more intense
center

Crescita, colonie rosa con
centro più intenso / Growth,
pink colonies with a more
intense center

Staphylococcus aureus*** 10-10² UFC

ATCC 25923

Inibizione totale / Total inhibition

Inibizione totale / Total
inhibition

Test n. 402 / 2022

Data controllo / Control date 14/02/2022



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

RODOTTO / PRODUCT	B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
OTTO / BATCH	2822201210
ICADENZA / EXPIRY DATE	20/07/2022
DATA PRODUZIONE / PRODUCTION DATE	10/02/2022

Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC	ATCC 29212	Inibizione totale / Total inhibition	Inibizione totale / Total inhibition
---	------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

* Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

est n. 402 / 2022

ata controllo / Control date 14/02/2022

presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
EUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b - 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 2/2