



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

<b>PRODOTTO / PRODUCT</b>	<b>B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey</b>
<b>LOTTO / BATCH</b>	<b>2822601921</b>
<b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>	<b>28/11/2022</b>
<b>DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE</b>	<b>21/06/2022</b>

## Controllo microbiologico / Microbiological check

## Esito / Results

A 22°C (±2°C) x 4 gg /

At 22°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

A 37°C (±2°C) x 4 gg /

At 37°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

## Test di shock termico / Shock termic test

## Esito / Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /

Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /

Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

## Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

### Terreno / Medium:

### C.L.E.D. AGAR

Trasparenza / Transparency

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Colore / Color

Blu-verde / Blue-green

Blu-verde / Blue-green

pH

7.3±0.2

CONFORME / CONFORMS

### Terreno / Medium:

### MAC CONKEY AGAR

Trasparenza / Transparency

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Colore / Color

Vinaccia / Violet-red

Vinaccia / Violet-red

pH

7.1±0.2

CONFORME / CONFORMS

## Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

### Terreno / Medium:

### C.L.E.D. AGAR

Escherichia coli\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25922

Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo

Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo

Staphylococcus aureus\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25923

Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies

Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies

Enterococcus faecalis\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 29212

Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies

Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies

### Terreno / Medium:

### MAC CONKEY AGAR

Escherichia coli\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25922

Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center

Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center

Staphylococcus aureus\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25923

Inibizione totale / Total inhibition

Inibizione totale / Total

Test n. 1483 / 2022

Data controllo / Control date 25/06/2022



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

**PRODOTTO / PRODUCT** B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey  
**LOTTO / BATCH** 2822601921  
**SCADENZA / EXPIRY DATE** 28/11/2022  
**DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE** 21/06/2022

Enterococcus faecalis*** 10-10 <sup>2</sup> UFC	ATCC 29212	Inibizione totale / Total inhibition	inhibition Inibizione totale / Total inhibition
---	------------	--------------------------------------	--

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 1483 / 2022

Data controllo / Control date 25/06/2022