



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

<b>PRODOTTO / PRODUCT</b>	<b>B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt</b>
<b>LOTTO / BATCH</b>	1922701213
<b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>	30/12/2022
<b>DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE</b>	13/07/2022

<b>Controllo microbiologico / Microbiological check</b>	<b>Esito / Results</b>
A 22°C (±2°C) x 10 gg / At 22°C (±2°C) for 10 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
A 37°C (±2°C) x 72 h / At 37°C (±2°C) for 72 h:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

<b>Test di shock termico / Shock termic test</b>	<b>Esito / Results</b>
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

<b>Caratteristiche fisiche / Physical characteristics</b>	<b>Atteso / Expected</b>	<b>Osservate / Observed</b>
<b>Terreno / Medium:</b>	<b>C.L.E.D. AGAR</b>	
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Blu-verde / Blue-green	Blu-verde / Blue-green
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
<b>Terreno / Medium:</b>	<b>MAC CONKEY AGAR</b>	
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Vinaccia / Violet-red	Vinaccia / Violet-red
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS
<b>Terreno / Medium:</b>	<b>MALT AGAR</b>	
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Ambra / Amber	Ambra / Amber
pH	3.8±0.2	CONFORME / CONFORMS

<b>Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method</b>	<b>Atteso / Expected</b>	<b>Osservate / Observed</b>
<b>Terreno / Medium:</b>	<b>C.L.E.D. AGAR</b>	
Escherichia coli* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25922 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Staphylococcus aureus* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25923 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Enterococcus faecalis* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 29212 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Pseudomonas aeruginosa* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 27853 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Candida albicans* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 10231 Crescita / Growth	Crescita / Growth
<b>Terreno / Medium:</b>	<b>MAC CONKEY AGAR</b>	
Escherichia coli* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25922 Crescita / Growth	Crescita / Growth
Staphylococcus aureus* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25923 Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited

Test n. 1725 / 2022

Data controllo / Control date 23/07/2022



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

**PRODOTTO / PRODUCT** B192653 - Slides, C.L.E.D. - Mac Conkey - Malt

**LOTTO / BATCH** 1922701213

**SCADENZA / EXPIRY DATE** 30/12/2022

**DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE** 13/07/2022

Enterococcus faecalis* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 29212	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Pseudomonas aeruginosa* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 27853	Crescita / Growth	Crescita / Growth
Candida albicans* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 10231	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
<b>Terreno / Medium: MALT AGAR</b>			
Escherichia coli* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25922	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Staphylococcus aureus* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 25923	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Enterococcus faecalis* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 29212	Inibizione / Inhibited	Inibizione / Inhibited
Pseudomonas aeruginosa* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 27853	Inibizione parziale / Partial inhibition	Inibizione parziale / Partial inhibition
Candida albicans* 10 <sup>2</sup> -10 <sup>4</sup> UFC	ATCC 10231	Crescita / Growth	Crescita / Growth

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133*

*\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \*\*\* Incubation at 37°C for 24 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

**Test n. 1725 / 2022**

**Data controllo / Control date 23/07/2022**