



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

|   |  |
|---|--|
| <b>PRODOTTO / PRODUCT</b>               | <b>B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey</b> |
| <b>LOTTO / BATCH</b>                    | 2822901107   |
| <b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>           | 14/02/2023   |
| <b>DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE</b> | 07/09/2022   |

## Controllo microbiologico / Microbiological check

## Esito / Results

A 22°C (±2°C) x 4 gg /  
At 22°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

A 37°C (±2°C) x 4 gg /  
At 37°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

## Test di shock termico / Shock termic test

## Esito / Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /  
Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /  
Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

## Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

### Terreno / Medium:

### C.L.E.D. AGAR

Trasparenza / Transparency

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Colore / Color

Blu-verde / Blue-green

Blu-verde / Blue-green

pH

7.3±0.2

CONFORME / CONFORMS

### Terreno / Medium:

### MAC CONKEY AGAR

Trasparenza / Transparency

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Lievemente opalino / Slightly opalescent

Colore / Color

Vinaccia / Violet-red

Vinaccia / Violet-red

pH

7.1±0.2

CONFORME / CONFORMS

## Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

## Atteso / Expected

## Osservate / Observed

### Terreno / Medium:

### C.L.E.D. AGAR

Escherichia coli\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25922

Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo

Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo

Staphylococcus aureus\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25923

Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies

Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies

Enterococcus faecalis\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 29212

Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies

Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies

### Terreno / Medium:

### MAC CONKEY AGAR

Escherichia coli\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25922

Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center

Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center

Staphylococcus aureus\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 25923

Inibizione totale / Total inhibition

Inibizione totale / Total

Test n. 2258 / 2022

Data controllo / Control date 12/09/2022



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

|                                  |   |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
| PRODOTTO / PRODUCT               | B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey |  |  |
| LOTTO / BATCH                    | 2822901107                                    |  |  |
| SCADENZA / EXPIRY DATE           | 14/02/2023                                    |  |  |
| DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE | 07/09/2022                                    |  |  |

Enterococcus faecalis\*\*\* 10-10<sup>2</sup> UFC

ATCC 29212

Inibizione totale / Total inhibition

inhibition

Inibizione totale / Total inhibition

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 2258 / 2022

Data controllo / Control date 12/09/2022

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 42/51