



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
LOTTO / BATCH	2822901207
SCADENZA / EXPIRY DATE	14/02/2023
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	07/09/2022

Controllo microbiologico / Microbiological check	Esito / Results
A 22°C (±2°C) x 4 gg / At 22°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
A 37°C (±2°C) x 4 gg / At 37°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test	Esito / Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Terreno / Medium:	C.L.E.D. AGAR	
Trasparenza / Transparency	Lievemente opalino / Slightly opalescent	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Colore / Color	Blu-verde / Blue-green	Blu-verde / Blue-green
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS
Terreno / Medium:	MAC CONKEY AGAR	
Trasparenza / Transparency	Lievemente opalino / Slightly opalescent	Lievemente opalino / Slightly opalescent
Colore / Color	Vinaccia / Violet-red	Vinaccia / Violet-red
pH	7.1±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Terreno / Medium:	C.L.E.D. AGAR	
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo
Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC	ATCC 25923	Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies
Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC	ATCC 29212	Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies
Terreno / Medium:	MAC CONKEY AGAR	
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center
Staphylococcus aureus*** 10-10 ² UFC	ATCC 25923	Inibizione totale / Total inhibition

Test n. 2259 / 2022

Data controllo / Control date 12/09/2022



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey
LOTTO / BATCH	2822901207
SCADENZA / EXPIRY DATE	14/02/2023
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	07/09/2022

Enterococcus faecalis*** 10-10 ² UFC	ATCC 29212	Inibizione totale / Total inhibition	inhibition Inibizione totale / Total inhibition
---	------------	--------------------------------------	--

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.

** Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Incubation at 37°C for 24 hours.*

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 2259 / 2022

Data controllo / Control date 12/09/2022

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
 MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 44/51