



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B19372 - Plates, M.H. Agar d. 94 mm
LOTTO / BATCH	2822211121
SCADENZA / EXPIRY DATE	30/05/2023
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	21/12/2022

Controllo microbiologico / Microbiological check	Esito / Results
A 22°C (±2°C) x 4 gg / At 22°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
A 37°C (±2°C) x 4 gg / At 37°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test	Esito / Results
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Trasparenza / Transparency	Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Colore / Color	Giallo / Yellow	Giallo / Yellow
pH	7.3±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Enterococcus faecalis* ATCC 29212	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos
Escherichia coli* ATCC 25922	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos
Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos
Staphylococcus aureus* ATCC 25923	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos	Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Test n. 23 / 2023

Data controllo / Control date 27/12/2022

---

*\* Incubazione a 37 °C per 16-18 ore / \* Incubation at 37°C for 16-18 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: CLSI M02, Antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 10.0, January,2022.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

**Test n. 23 / 2023**

**Data controllo / Control date 27/12/2022**

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 26/58