

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B19372 - Plates, M.H. Agar d. 94 mm
LOTTO / BATCH	2823201302
SCADENZA / EXPIRY DATE	12/07/2023
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	02/02/2023

Controllo microbiologico / Microbiological check
Esito / Results

A 22°C (±2°C) x 4 gg /

At 22°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

A 37°C (±2°C) x 4 gg /

At 37°C (±2°C) for 4 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test
Esito / Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /

Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /

Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics
Atteso / Expected
Osservate / Observed

 Trasparenza /
Transparency

Trasparente / Transparent

Trasparente / Transparent

 Colore /
Color

Giallo / Yellow

Giallo / Yellow

pH

7.3±0.2

CONFORME / CONFORMS

**Ceppi testati e Metodo di semina /
Tested strain and Inoculation method**
Atteso / Expected
Osservate / Observed

Enterococcus faecalis*

ATCC 29212

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Escherichia coli*

ATCC 25922

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Pseudomonas aeruginosa*

ATCC 27853

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Staphylococcus aureus*

ATCC 25923

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos

Test n. 421 / 2023
Data controllo / Control date 06/02/2023

** Incubazione a 37 °C per 16-18 ore / * Incubation at 37°C for 16-18 hours.*

Procedure secondo indicazioni/As per directives: CLSI M02, Antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 10.0, January, 2022.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 421 / 2023

Data controllo / Control date 06/02/2023

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 28/63