



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B1928077 - Plates, ChromAgar Orientation
LOTTO / BATCH	2824601826
SCADENZA / EXPIRY DATE	23/11/2024
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	26/06/2024

Controllo microbiologico / Microbiological check

Esito / Results

A 22°C (±2°C) x 10 gg /
At 22°C (±2°C) for 10 days:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

A 37°C (±2°C) x 72 ore /
At 37°C (±2°C) for 72 h:

Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test

Esito / Results

Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /
Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No
significant variation in appearance and performance

Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /
Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:

Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No
significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical characteristics

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Trasparenza /
Transparency

Trasparente / Transparent

Trasparente / Transparent

Colore /
Color

Giallo chiaro / Light yellow

Giallo chiaro / Light yellow

pH

7±0.2

CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method

Atteso / Expected

Osservate / Observed

Escherichia coli* 10 ¹⁰ -10 ¹² UFC	ATCC 25922	Colonie rosa con centro più scuro / Pink colonies with dark rose centre PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.95
Staphylococcus aureus* 10 ⁴ -10 ⁶ UFC	ATCC 25923	Crescita, colonie crema opache / Growth, opaque cream colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.95
Klebsiella pneumoniae* 10 ¹⁰ -10 ¹² UFC	ATCC 13883	Crescita, colonie blu mucose / Growth, dark blue, mucous colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.93
Proteus mirabilis* 10 ¹⁰ -10 ¹² UFC	ATCC 14153	Crescita no sciamaggio, col. ambra / Growth w/o invasion, amber colour PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.93
Enterococcus faecalis* 10 ¹⁰ -10 ¹² UFC	ATCC 29212	Crescita, colonie turchesi / Growth, turquoise colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.91
Staphylococcus epidermis* 10 ¹⁰ -10 ¹² UFC	ATCC 12228	Colonie piccole rosa opache / Small opaque pink colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.92

Test n. 1279 / 2024

Data controllo / Control date 01/07/2024



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B1928077 - Plates, ChromAgar Orientation
LOTTO / BATCH	2824601826
SCADENZA / EXPIRY DATE	23/11/2024
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	26/06/2024

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Pseudomonas aeruginosa*10-10 ² UFC ATCC 27853	Colonie pigmentate giallo-verdi / Pigmented yellow-green colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.97

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 1279 / 2024

Data controllo / Control date 01/07/2024