



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

| | |
|---|--|
| PRODOTTO / PRODUCT | B19372 - Plates, M.H. Agar d. 94 mm |
| LOTTO / BATCH | 2824701109 |
| SCADENZA / EXPIRY DATE | 16/12/2024 |
| DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE | 09/07/2024 |

| Controllo microbiologico / Microbiological check | Esito / Results |
|---|---|
| A 22°C (±2°C) x 4 gg / At 22°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |
| A 37°C (±2°C) x 4 gg / At 37°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |

| Test di shock termico / Shock termic test | Esito / Results |
|---|--|
| Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |

| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Atteso / Expected | Osservate / Observed |
|---|---------------------------|-----------------------------|
| Trasparenza / Transparency | Trasparente / Transparent | Trasparente / Transparent |
| Colore / Color | Giallo / Yellow | Giallo / Yellow |
| pH | 7.3±0.2 | CONFORME / CONFORMS |

| Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method | | Atteso / Expected | Osservate / Observed |
|--|------------|--|--|
| Enterococcus faecalis* | ATCC 29212 | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos |
| Escherichia coli* | ATCC 25922 | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos |
| Pseudomonas aeruginosa* | ATCC 27853 | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos |
| Staphylococcus aureus* | ATCC 25923 | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos | Crescita, con aloni di inibizione conformi / Growth, with in compliance inhibition halos |

Test n. 1379 / 2024

Data controllo / Control date 15/07/2024

** Incubazione a 37 °C per 16-18 ore / * Incubation at 37°C for 16-18 hours.*

Procedure secondo indicazioni/As per directives: CLSI M02, Antimicrobial susceptibility testing EUCAST disk diffusion method - Version 10.0, January, 2022.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 1379 / 2024

Data controllo / Control date 15/07/2024

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: meus@tecnomeus.it

Pag. 19/60