



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	B1928077 - Plates, ChromAgar Orientation
LOTTO / BATCH	2825601117
SCADENZA / EXPIRY DATE	14/11/2025
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	17/06/2025

Controllo microbiologico / Microbiological check		Esito / Results	
A 37°C (±2°C) x 72 ore / At 37°C (±2°C) for 72 h:		Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
A 22°C (±2°C) x 10 gg / At 22°C (±2°C) for 10 days:		Assenza di crescita microbica / No microbial growth	
Test di shock termico / Shock termic test		Esito / Results	
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:		Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance	
Caratteristiche fisiche / Physical caracteristics		Atteso / Expected	Osservate / Observed
pH		7±0.2	CONFORME / CONFORMS
Colore / Color		Giallo chiaro / Light yellow	Giallo chiaro / Light yellow
Trasparenza / Transparency		Trasparente / Transparent	Trasparente / Transparent
Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method		Atteso / Expected	Osservate / Observed
Escherichia coli* 10-10 ² UFC	ATCC 25922	Colonie rosa con centro più scuro / Pink colonies with dark rose centre PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.95
Staphylococcus aureus*10 ⁴ -10 ⁶ UFC	ATCC 25923	Crescita, colonie crema opache / Growth, opaque cream colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.99
Klebsiella pneumoniae*10-10 ² UFC	ATCC 13883	Crescita, colonie blu mucose / Growth, dark blue, mocous colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.99
Proteus mirabilis*10-10 ² UFC	ATCC 14153	Crescita no sciamaggio, col. ambra / Growth w/o invasion, amber colour PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.02
Enterococcus faecalis*10-10 ² UFC	ATCC 29212	Crescita, colonie turchesi / Growth, turquoise colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.93
Staphylococcus epidermis*10-10 ² UFC	ATCC 12228	Colonie piccole rosa opache / Small opaque pink colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.97

Test n. 1382 / 2025

Data controllo / Control date 23/06/2025



Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT B1928077 - Plates, ChromAgar Orientation
LOTTO / BATCH 2825601117
SCADENZA / EXPIRY DATE 14/11/2025
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE 17/06/2025

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method	Atteso / Expected	Osservate / Observed
Pseudomonas aeruginosa* 10-10 ² UFC ATCC 27853	Colonie pigmentate giallo-verdi / Pigmented yellow-green colonies PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	1.04

* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione a 37 °C per 24 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and incubation at 37°C for 24 hours.

Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 1382 / 2025

Data controllo / Control date 23/06/2025