



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>PRODOTTO / PRODUCT</b>               | <b>B19353 - Plates, Bile Esculin Azide Agar</b> |
| <b>LOTTO / BATCH</b>                    | <b>2825901401</b>                               |
| <b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>           | <b>08/02/2026</b>                               |
| <b>DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE</b> | <b>01/09/2025</b>                               |

| Controllo microbiologico / Microbiological check                                                                                       |            | Esito / Results                                                                                                                  |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| A 22°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 22°C (±2°C) for 4 days:                                                                                   |            | Assenza di crescita microbica / No microbial growth                                                                              |                           |
| A 37°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 37°C (±2°C) for 4 days:                                                                                   |            | Assenza di crescita microbica / No microbial growth                                                                              |                           |
| Test di shock termico / Shock termic test                                                                                              |            | Esito / Results                                                                                                                  |                           |
| Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /<br>Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C: |            | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance       |                           |
| Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /<br>Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:                  |            | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance       |                           |
| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics                                                                                     |            | Atteso / Expected                                                                                                                | Osservate / Observed      |
| Trasparenza /<br>Transparency                                                                                                          |            | Trasparente / Transparent                                                                                                        | Trasparente / Transparent |
| Colore /<br>Color                                                                                                                      |            | Ambra / Amber                                                                                                                    | Ambra / Amber             |
| pH                                                                                                                                     |            | 7.1±0.2                                                                                                                          | CONFORME / CONFORMS       |
| Ceppi testati e Metodo di semina /<br>Tested strain and Inoculation method                                                             |            | Atteso / Expected                                                                                                                | Osservate / Observed      |
| Escherichia coli* 10^4-10^6 UFC                                                                                                        | ATCC 25922 | Inibizione / Inhibited<br>SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0                                      | 5                         |
| Staphylococcus aureus* 10^4-10^6 UFC                                                                                                   | ATCC 25923 | Inibizione / Inhibited<br>SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0                                      | 6                         |
| Streptococcus pyogenes* 10^4-10^6 UFC                                                                                                  | ATCC 19615 | Inibizione / Inhibited<br>SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0                                      | 5                         |
| Enterococcus faecalis* 10-10^2 UFC                                                                                                     | ATCC 29212 | Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies<br>PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7 | 0.97                      |
| Enterococcus faecalis** 10-10^2 UFC                                                                                                    | ATCC 29212 | Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies<br>PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7 | 0.95                      |
| Enterococcus faecallis* 10-10^2 UFC                                                                                                    | ATCC 33186 | Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies<br>PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7 | 0.96                      |

**Test n. 1928 / 2025**

**Data controllo / Control date 05/09/2025**

---

\* *Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.*

\*\* *Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 44 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 44°C for 24 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

**Test n. 1928 / 2025**

**Data controllo / Control date 05/09/2025**

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnomeus.it](mailto:meus@tecnomeus.it)

Pag. 23/38