



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| PRODOTTO / PRODUCT               | B19353 - Plates, Bile Esculin Azide Agar |
| LOTTO / BATCH                    | 2825211622                               |
| SCADENZA / EXPIRY DATE           | 31/05/2026                               |
| DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE | 22/12/2025                               |

| Controllo microbiologico / Microbiological check     | Esito / Results                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A 22°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 22°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |
| A 37°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 37°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |

| Test di shock termico / Shock termic test                                                                                               | Esito / Results                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /<br>Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /<br>Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:                  | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |

| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Atteso / Expected         | Osservate / Observed      |
|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Trasparenza /<br>Transparency                      | Trasparente / Transparent | Trasparente / Transparent |
| Colore /<br>Color                                  | Ambra / Amber             | Ambra / Amber             |
| pH                                                 | 7.1±0.2                   | CONFORME / CONFORMS       |

| Ceppi testati e Metodo di semina /<br>Tested strain and Inoculation method | Atteso / Expected                                                                                                                | Osservate / Observed |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Escherichia coli* 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup> UFC ATCC 25922          | Inibizione / Inhibited<br>SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0                                      | 5                    |
| Staphylococcus aureus* 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup> UFC ATCC 25923     | Inibizione / Inhibited<br>SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0                                      | 6                    |
| Streptococcus pyogenes* 10 <sup>4</sup> -10 <sup>6</sup> UFC ATCC 19615    | Inibizione / Inhibited<br>SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0                                      | 5                    |
| Enterococcus faecalis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 29212                   | Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies<br>PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7 | 0.97                 |
| Enterococcus faecalis** 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 29212                  | Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies<br>PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7 | 0.93                 |
| Enterococcus faecalis* 10-10 <sup>2</sup> UFC ATCC 33186                   | Buona crescita, colonie nere / Good growth, dark colonies<br>PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7 | 0.88                 |

Test n. 2751 / 2025

Data controllo / Control date 29/12/2025

---

*\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 37 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 37°C for 24 hours.*

*\*\* Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in aerobiosi a 44 °C per 24 ore / \* Surface plating (Miles-Misra modified) and Aerobic incubation at 44°C for 24 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

**Test n. 2751 / 2025**

**Data controllo / Control date 29/12/2025**

Il presente certificato è prodotto elettronicamente e valido senza firma / This certificate is produced electronically and valid without a signature  
MEUS SRL Via Leonardo da Vinci n. 24/b-26, 35028 PIOVE DI SACCO (PD) - e-mail: [meus@tecnomeus.it](mailto:meus@tecnomeus.it)

Pag. 19/46