



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

|   |  |
|---|--|
| <b>PRODOTTO / PRODUCT</b>               | <b>B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey</b> |
| <b>LOTTO / BATCH</b>                    | 2826201111   |
| <b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>           | 21/07/2026   |
| <b>DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE</b> | 11/02/2026   |

| Controllo microbiologico / Microbiological check   | Esito / Results  |
|--|--|
| A 22°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 22°C (±2°C) for 4 days:   | Assenza di crescita microbica / No microbial growth  |
| A 37°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 37°C (±2°C) for 4 days:   | Assenza di crescita microbica / No microbial growth  |
| Test di shock termico / Shock termic test  | Esito / Results  |
| Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /<br>Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /<br>Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:                  | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |

| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics | Atteso / Expected                        | Osservate / Observed                     |
|--|--|--|
| <b>Terreno / Medium:</b>                           | <b>C.L.E.D. AGAR</b>                     |  |
| Trasparenza / Transparency                         | Lievemente opalino / Slightly opalescent | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Colore / Color                                     | Blu-verde / Blue-green                   | Blu-verde / Blue-green                   |
| pH   | 7.3±0.2                                  | CONFORME / CONFORMS                      |
| <b>Terreno / Medium:</b>                           | <b>MAC CONKEY AGAR</b>                   |  |
| Trasparenza / Transparency                         | Lievemente opalino / Slightly opalescent | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Colore / Color                                     | Vinaccia / Violet-red                    | Vinaccia / Violet-red                    |
| pH   | 7.1±0.2                                  | CONFORME / CONFORMS                      |

| Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method | Atteso / Expected      | Osservate / Observed   |
|---|------------------------|--|
| <b>Terreno / Medium:</b>  | <b>C.L.E.D. AGAR</b>   |  |
| Escherichia coli* 10-10 <sup>2</sup> UFC                                | ATCC 25922             | Colonie grandi gialle con alone / Big yellow colonies with halo                                  |
| Staphylococcus aureus*** 10-10 <sup>2</sup> UFC                         | ATCC 25923             | Crescita, colonie piccole opache giallo oro / Growth, small opaque golden colonies               |
| Enterococcus faecalis*** 10-10 <sup>2</sup> UFC                         | ATCC 29212             | Crescita, colonie piccole giallo paglierino / Growth, small straw yellow colonies                |
| <b>Terreno / Medium:</b>  | <b>MAC CONKEY AGAR</b> |  |
| Escherichia coli* 10-10 <sup>2</sup> UFC                                | ATCC 25922             | Crescita, colonie rosa con centro più intenso / Growth, pink colonies with a more intense center |
| Staphylococcus aureus*** 10-10 <sup>2</sup> UFC                         | ATCC 25923             | Inibizione totale / Total inhibition   |

Test n. 274 / 2026

Data controllo / Control date 16/02/2026





# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

|   |  |
|---|--|
| <b>PRODOTTO / PRODUCT</b>               | <b>B193272 - Plates, 1) C.L.E.D. - 2) Mac Conkey</b> |
| <b>LOTTO / BATCH</b>                    | <b>2826201111</b>                                    |
| <b>SCADENZA / EXPIRY DATE</b>           | <b>21/07/2026</b>                                    |
| <b>DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE</b> | <b>11/02/2026</b>                                    |

|   |            |                                      |  |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| Enterococcus faecalis*** 10-10 <sup>2</sup> UFC | ATCC 29212 | Inibizione totale / Total inhibition | inhibition<br>Inibizione totale / Total inhibition |
|---|------------|--------------------------------------|--|

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) e United States (USP), NCCLS M22-A3, UNI EN ISO 11133.*

*\* Incubazione a 37 °C per 24 ore / \* Incubation at 37°C for 24 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

**Test n. 274 / 2026**

**Data controllo / Control date 16/02/2026**

