



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

**PRODOTTO / PRODUCT** B192913 - Slides, 1) M.H.+Bacitracina - 2)  
M.H.+novobiocina - 3) MSA

**LOTTO / BATCH** 1926701221

**SCADENZA / EXPIRY DATE** 08/12/2026

**DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE** 21/07/2026

| Controllo microbiologico / Microbiological check     | Esito / Results                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| A 22°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 22°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |
| A 37°C (±2°C) x 4 gg /<br>At 37°C (±2°C) for 4 days: | Assenza di crescita microbica / No microbial growth |

| Test di shock termico / Shock termic test                                                                                               | Esito / Results                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C /<br>Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ± 2°C: | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |
| Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C /<br>Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ± 2°C:                  | Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance |

| Caratteristiche fisiche / Physical characteristics   | Atteso / Expected                        | Osservate / Observed                     |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Terreno / Medium:</b> MANNITOL SALT AGAR (M.S.A.) |                                          |                                          |
| Trasparenza / Transparency                           | Lievemente opalino / Slightly opalescent | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Colore / Color                                       | Rosso-fucsia / Red-fuchsia               | Rosso-fucsia / Red-fuchsia               |
| pH                                                   | 7.5±0.2                                  | CONFORME / CONFORMS                      |
| <b>Terreno / Medium:</b> MUELLER HINTON AGAR         |                                          |                                          |
| Trasparenza / Transparency                           | Lievemente opalino / Slightly opalescent | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Colore / Color                                       | Giallo ambra / Yellow amber              | Giallo ambra / Yellow amber              |
| pH                                                   | 7.3±0.2                                  | CONFORME / CONFORMS                      |
| <b>Terreno / Medium:</b> MUELLER HINTON AGAR         |                                          |                                          |
| Trasparenza / Transparency                           | Lievemente opalino / Slightly opalescent | Lievemente opalino / Slightly opalescent |
| Colore / Color                                       | Giallo ambra / Yellow amber              | Giallo ambra / Yellow amber              |
| pH                                                   | 7.3±0.2                                  | CONFORME / CONFORMS                      |

| Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method | Atteso / Expected                   | Osservate / Observed                |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Terreno / Medium:</b> MANNITOL SALT AGAR (M.S.A.)                    |                                     |                                     |
| Escherichia coli ATCC 25922                                             | Inibizione / Inhibited              | Inibizione / Inhibited              |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853                                       | Inibizione / Inhibited              | Inibizione / Inhibited              |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212                                        | Inibizione / Inhibited              | Inibizione / Inhibited              |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923                                        | Crescita discreta / Moderate growth | Crescita discreta / Moderate growth |
| Staphylococcus aureus* ATCC 25923                                       | Buona crescita / Good growth        | Buona crescita / Good growth        |

Test n. 1375 / 2026

Data controllo / Control date 27/07/2026



# Quality control card / Scheda Controllo Qualità

**PRODOTTO / PRODUCT**

**B192913 - Slides, 1) M.H.+Bacitracina - 2)  
M.H.+novobiocina - 3) MSA**

**LOTTO / BATCH**

1926701221

**SCADENZA / EXPIRY DATE**

08/12/2026

**DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE**

21/07/2026

|                           |            |                                     |                                     |
|---------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Staphylococcus epidermis  | ATCC 12228 | Crescita discreta / Moderate growth | Crescita discreta / Moderate growth |
| Staphylococcus epidermis* | ATCC 12228 | Buona crescita / Good growth        | Buona crescita / Good growth        |
| Proteus mirabilis         | ATCC 29906 | Inibizione / Inhibited              | Inibizione / Inhibited              |

**Terreno / Medium:**

**MUELLER HINTON AGAR**

|                           |            |                        |                        |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Escherichia coli          | ATCC 25922 | Crescita / Growth      | Crescita / Growth      |
| Pseudomonas aeruginosa    | ATCC 27853 | Crescita / Growth      | Crescita / Growth      |
| Enterococcus faecalis     | ATCC 29212 | Crescita / Growth      | Crescita / Growth      |
| Staphylococcus aureus     | ATCC 25923 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus aureus*    | ATCC 25923 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus epidermis  | ATCC 12228 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus epidermis* | ATCC 12228 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Proteus mirabilis         | ATCC 29906 | Crescita / Growth      | Crescita / Growth      |

**Terreno / Medium:**

**MUELLER HINTON AGAR**

|                           |            |                        |                        |
|---------------------------|------------|------------------------|------------------------|
| Escherichia coli          | ATCC 25922 | Crescita / Growth      | Crescita / Growth      |
| Pseudomonas aeruginosa    | ATCC 27853 | Crescita / Growth      | Crescita / Growth      |
| Enterococcus faecalis     | ATCC 29212 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus aureus     | ATCC 25923 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus aureus*    | ATCC 25923 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus epidermis  | ATCC 12228 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Staphylococcus epidermis* | ATCC 12228 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |
| Proteus mirabilis         | ATCC 29906 | Inibizione / Inhibited | Inibizione / Inhibited |

*Incubazione a 37 °C per 24 ore / Incubation at 37°C for 24 hours.*

*\* Incubazione a 37 °C per 48 ore / \* Incubation at 37°C for 48 hours.*

*Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133*

**Test n. 1375 / 2026**

**Data controllo / Control date 27/07/2026**