KIMA meus VACUTEST KIMA

Quality control card / Scheda Controllo Qualità

PRODOTTO / PRODUCT	**B194171 - Plates, Thayer Martin modificato (VCNT) Agar**
LOTTO / BATCH	2826901601
SCADENZA / EXPIRY DATE	08/02/2027
DATA PRODUZIONE / MANUFACT. DATE	01/09/2026

Controllo microbiologico / Microbiological check	**Esito / Results**
A 22°C (±2°C) x 4 gg / At 22°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth
A 37°C (±2°C) x 4 gg / At 37°C (±2°C) for 4 days:	Assenza di crescita microbica / No microbial growth

Test di shock termico / Shock termic test	**Esito / Results**
Conservazione nella confezione minima di vendita per 6gg a 23 ± 2°C / Storage (in minimum selling packaging) for 6 days at 23 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance
Conservazione nella confezione d'imballo per 3gg a 40 ± 2°C / Storage in shipping packaging for 3 days at 40 ±2°C:	Nessuna variazione significativa dell'aspetto e della performance / No significant variation in appearance and performance

Caratteristiche fisiche / Physical caracteristics	**Atteso / Expected**	**Osservate / Observed**
Trasparenza / Transparency	Opalino / Opalescent	Opalino / Opalescent
Colore / Color	Cioccolato / Chocolate	Cioccolato / Chocolate
pH	7.2±0.2	CONFORME / CONFORMS

Ceppi testati e Metodo di semina / Tested strain and Inoculation method		**Atteso / Expected**	**Osservate / Observed**
Neissera gonorrhoeae* 10-10^2 UFC	ATCC 43069	Buona crescita / Good growth PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.99
Neisseria meningitidis* 10-10^2 UFC	ATCC 13090	Buona crescita / Good growth PR (Rapporto di Produttività) > 0,7 / PR (Productivity Ratio) > 0,7	0.95
Proteus mirabilis* 10^4-10^6 UFC	ATCC 43071	Inibizione / Inhibited SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0	3
Candida albicans* 10^4-10^6 UFC	ATCC 60193	Inibizione totale / Total inhibition SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0	5
Escherichia coli* 10^4-10^6 UFC	ATCC 25922	Inibizione totale / Total inhibition SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0	6
Neisseria sicca* 10^4-10^6 UFC	ATCC 9913	Inibizione totale / Total inhibition SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0	6
Staphylococcus epidermis* 10^4-10^6 UFC	ATCC 12228	Inibizione totale / Total inhibition SF (Fattore di Selettività) > 2,0 / SF (Selectivity Factor) > 2,0	6

Test n. 1620 / 2026
Data controllo / Control date 07/09/2026

** Semina in superficie (Miles-Misra modificato) ed Incubazione in CO2 10% a 37 °C per 24-48 ore / * Surface plating (Miles-Misra modified) and CO2 10% incubation at 37°C for 24-48 hours.*
Procedure secondo indicazioni/As per directives: European Pharmacopoeia (EP) United States USP CLSI M22-A3 UNI EN ISO 11133

Test n. 1620 / 2026
Data controllo / Control date 07/09/2026